

Poznań, dnia 16.03.2016r.

**Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**  
**Ul. Krysiewicza 7/8**  
**61-825 Poznań**

### **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.03.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: „**Dostawę wyposażenia oddziałów szpitalnych**” - **Znak sprawy:** AZP-381-08/16

Korzystając z uprawnień wynikających z art. 38 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r. poz. 177 ze zm.) prosimy o wyjaśnienie kwestii dotyczących treści SIWZ do przetargu j/w.

#### **Pytania**

#### **Pakiet II**

##### **I. Łóżeczko noworodkowe**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o wymiarach:

Wymiary zewnętrzne: 882 x 500 x 790 mm, wymiary wewnętrzne kojca: 500 x 790 x 230 mm

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.

##### **II. Łóżeczko noworodkowe z 1 półką koszową**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o wymiarach:

Wymiary zewnętrzne: 790 x 570 x 920-1190 mm, wymiary wewnętrzne kojca: 790 x 570 x 230 mm

Odpowiedź: NIE.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z pozycją tredelenburga i anty-tredelenburga 0°+13°?

Odpowiedź: TAK.

Zamawiający  
Z-ca Dyrektora ds.  
Administracyjno-Eksploatacyjnych  
mgr inż. Marzena Krzymańska  
/...../

Sprawę prowadzi: Mirosława Turzańska  
tel. 61 8506 295

