Pakiet I

L.p.	Parametry	Parametry wymagane	Parametr oferowany (szczegółowo opisać)
Łóżko szpitalne		**3 szt.**	
1	Producent/Oferent	TAK	
2	Kraj pochodzenia	TAK	
3	Rok produkcji 2016	TAK	
4	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, leże dwusegmentowe wypełnione metalową kratką na stałe, regulacja segmentu oparcia pleców, kolory szczytów **turkus,** uchwyty na akcesoria i zaczepy na pojemniki na płyny fizjologiczne z obu stron łóżka, cztery antystatyczne koła jezdne – min. Dwa z nich blokowane indywidualnie, przed uderzeniami łóżko zabezpieczone krążkami odbojowymi, możliwość montażu wieszaka do kroplówki w dwóch miejscach dostępnych w szczycie łóżka od strony głowy.	TAK	
5	Wymiary leża: 2000mm x 900mm; wymiary zewnętrzne: 2110mm x 950mm; wysokość leża: 550mm (+/- 10 mm), kąt odchylenia oparcia pleców: 0-70°	TAK	
Wyposażenie:			
6	Materac w pokrowcu nieprzemakalny, paraprzepuszczalny	**3 szt.**	
Szafki przyłóżkowe		**3 szt.**	
7	Konstrukcja wykonana z ocynkowanej blachy, metalowe drzwiczki oraz czoło szuflady i blat stolika pokryte lakierem proszkowym w kolorze: **turkus,** blat szafki wykonany z płyty meblowej w kolorze **turkus** wysuwana szuflada z wyjmowanym pojemnikiem z tworzywa, szafka wyposażona w cztery podwójne antystatyczne koła jezdne, w tym dwa z blokada indywidualną, wyposażona z tyłu w haczyki do wieszania ręczników. Wymiar blatu min. 400X430mm, szerokość 400 mm, głębokość 430 mm, wysokość 810 mm (+/- 10 mm)	TAK	
3	Transport, rozładunek, dostarczenie i montaż na miejscu użytkownika	TAK	
4	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych	TAK	
5	**Serwis, szkolenie, gwarancja**		
	Okres gwarancji i obsługi serwisowej na łóżka, materace i szafki przyłóżkowe	Min. 24 m-ce	
	Wykaz punktów serwisowych autoryzowanych przez producenta	TAK	
	Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK	
6	Cena netto za 1 łóżko	TAK/Podać	
7	Cena netto za materac w pokrowcu, nieprzemakalny, paraprzepuszczalny	TAK/Podać	
8	Cena netto za łóżko + materac	TAK/Podać	

9	Cena netto za stolik przyłóżkowy 1 szt.	TAK/Podać	

Parametry techniczne, przy których w rubryce "Wymagane" zapisano "Tak" są parametrami granicznymi – nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Należy szczegółowo opisać każdą pozycję wyposażenia oraz parametrów oferowanych.

..... dnia.....

.....

podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie
uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo