

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	wymiar	ilość	jm	cena netto	wartość netto [zł]	VAT %	wartość brutto [zł]	Producent	Kod katalogowy asortymentu
1	Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wartość przepływu 13ml/min. Bez portu bocznego, wyposażona w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w diagnostyce obrazowej. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie i utratę jałowości, wodoszczelne (bez celulozy).	0,6 x 19 mm	3 000	szt.						
2	Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wartość przepływu 13ml/min. Bez portu bocznego, wyposażona w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w diagnostyce obrazowej. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości, wodoszczelne (bez celulozy)	0,7 x 19 mm	6 000	szt.						
3	Kaniula do wlewów dożylnych z portem bocznym, wykonana z PTFE, przepływ 31 ml/min, widoczna w diagnostyce obrazowej, wyposażona w zastawkę antyzwrotną. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości, wodoszczelne (bez zawartości celulozy).	0,8 x 25 mm	52 000	szt.						
4	Kaniula do wlewów dożylnych z portem bocznym, wykonana z PTFE, przepływ 54 ml/min, widoczna w diagnostyce obrazowej, wyposażona w zastawkę antyzwrotną. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości, wodoszczelne (bez zawartości celulozy).	1,0 x 32 mm	22 000	szt.						
5	Kaniula do wlewów dożylnych z portem bocznym, wykonana z PTFE, przepływ 80 ml/min, widoczna w diagnostyce obrazowej, wyposażona w zastawkę antyzwrotną. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości, wodoszczelne (bez zawartości celulozy).	1,2 x 32 mm	21 000	szt.						
6	Kaniula do wlewów dożylnych z portem bocznym, wykonana z PTFE sterylna przepływ 125 ml/min, widoczna w diagnostyce obrazowej, wyposażona w zastawkę antyzwrotną. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości, wodoszczelne (bez zawartości celulozy).	1,4 x 45 mm	1 500	szt.						
7	Kaniula do wlewów dożylnych z portem bocznym, wykonana z PTFE, sterylna przepływ 180 ml/min, widoczna w diagnostyce obrazowej, wyposażona w zastawkę antyzwrotną. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości, wodoszczelna (bez zawartości celulozy).	1,7 x 45 mm	600	szt.						
8	Kaniula do wlewów dożylnych z portem bocznym, wykonana z PTFE, sterylna, przepływ 270 ml/min, widoczna w diagnostyce obrazowej, wyposażona w zastawkę antyzwrotną. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości, wodoszczelna (bez zawartości celulozy).	2,0 x 45 mm	600	szt.						
9	Koreczki do kaniul białe luer loc, pakowane indywidualnie na blistrze.	białe	140 000	szt.						
10	Koreczki do kaniul (Combi), dwufunkcyjne, pakowane pojedynczo.	pomarańczowe	140 000	szt.						
Razem									X	X

Uwagi dotyczące wymagań jakościowych dotyczących kaniul:

1. Muszą posiadać ostrze umożliwiające wkłucie przy użyciu minimalnej siły, przejście igły na rurkę, optymalne bezstopniowe - łagodna penetracja przez tkanki.
2. Muszą być odporne na załamania, zapewniając stały i bezpieczny przepływ infuzji.
3. Muszą posiadać idealnie gładką powierzchnię ograniczającą do minimum adhezję patogenów i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo mikrobiologiczne pacjenta.
4. Korek portu górnego kaniul winien być zamykany w systemie samozatraskowym.
5. Na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych kaniul muszą być zawarte istotne informacje, takie jak: długość i rozmiar kaniul wartości przepływów w ml/min; rodzaju materiału z jakiego wykonana jest kaniula oraz metoda jej sterylizacji, informacja mówiąca, że kaniula jest bezlateksowa.
6. Zamawiający wymaga aby sprzęt wymieniony w poz. od 1 do 10 był produkowany przez jednego producenta w celu zachowania całkowitej biokompatybilności zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjenta w zakresie terapii dożylnych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanych wyrobów przed rozstrzygnięciem przetargu w celu weryfikacji zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający wymaga dołączenia oryginalnych kart katalogowych do każdej pozycji wymienionej w formularzu. Przez oryginalną Zamawiający rozumie oficjalną kartę wystawioną przez producenta lub dystrybutora sprzętu. Na każdej karcie katalogowej powinno być zaznaczone której pozycji dotyczy.

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	wymiar	ilość	jm	cena netto	wartość netto [zł]	VAT %	wartość brutto [zł]	Producent	Kod katalogowy asortymentu
1	Dren do maski tlenowej. Wężyk (dren) o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu, wykonany z materiałów nie zawierających DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Materiały spełniają wymagania norm ISO serii 10993 w zakresie biogodności.	długość drenu 2,1 m	1500	szt.						
2	Maska tlenowa dla dzieci do średniej koncentracji z wężykiem. Maską wykonaną z wysoko przezroczystych materiałów pozwalających na monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta. Zastosowane materiały nie zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Materiały spełniają wymagania norm ISO serii 10993 w zakresie biogodności. Wężyk (dren) o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu.	długość drenu 2,1 m	2000	szt.						
3	Maska tlenowa dla dorosłych do średniej koncentracji z wężykiem. Maską wykonaną z wysoko przezroczystych materiałów pozwalających na monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta. Zastosowane materiały nie zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Materiały spełniają wymagania norm ISO serii 10993 w zakresie biogodności. Wężyk (dren) o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu.	długość drenu 2,1 m	5400	szt.						
4	Maska aerozolowa dla dzieci. Maską wykonaną z wysoko przezroczystych materiałów pozwalających na monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta. Zastosowane materiały nie zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Materiały spełniają wymagania norm ISO serii 10993 w zakresie biogodności.		1600	szt.						
5	Zestaw do aerozoloterapii dla dorosłych. Zestaw wyposażony w nebulizator generujący aerozol zawierający co najmniej 70% cząsteczek o wielkości 5µm lub mniejszej, zasilany od spodu z wylotem skierowanym do góry, wyraźnym oznaczeniem objętości na pojemniku, zamknięciem „na gwint” zapobiegającym przeciekom. Zestaw wykonany z wysoko przezroczystych materiałów pozwalających na obserwację cieczy pozostającej do rozpylenia oraz monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta. Zastosowane materiały nie zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Materiały spełniają wymagania norm ISO serii 10993 w zakresie biogodności. Wężyk (dren) o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu.	długość drenu 2,1 m	2500	szt.						

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	wymiar	ilość	jm	cena netto	wartość netto [zł]	VAT %	wartość brutto [zł]	Producent	Kod katalogowy asortymentu
6	Zestaw do aerozoloterapii dla dzieci. Zestaw wyposażony w nebulizator generujący aerozol zawierający co najmniej 70% cząsteczek o wielkości 5µm lub mniejszej, zasilany od spodu z wylotem skierowanym do góry, wyraźnym oznaczeniem objętości na pojemniku, zamknięciem „na gwint” zapobiegającym przeciekom. Zestaw wykonany z wysoko przezroczystych materiałów pozwalających na obserwację cieczy pozostającej do rozpylenia oraz monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta. Zastosowane materiały nie zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Materiały spełniają wymagania norm ISO serii 10993 w zakresie biogodności. Wężyk (dren) o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu.	długość drenu 2,1 m	23000	szt.						
Razem									X	X
<p>Wymagania dodatkowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zamawiający wymaga, aby pozycje od 1 do 6 pochodziły od jednego producenta 2. Zamawiający wymaga, aby termin ważności masek wynosił 5 lat od daty produkcji 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanych wyrobów przed rozstrzygnięciem przetargu w celu weryfikacji zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający wymaga dołączenia oryginalnych kart katalogowych do każdej pozycji wymienionej w formularzu. Przez oryginalną Zamawiający rozumie oficjalną kartę wystawioną przez producenta lub dystrybutora sprzętu. Na każdej karcie katalogowej powinno być zaznaczone której pozycji dotyczy. 										

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	wymiar	ilość	jm	cena netto	wartość netto [zł]	VAT %	wartość brutto [zł]	Producent	Kod katalogowy asortymentu
1	Przyrząd do pobierania leków typu Ekstra Spike Plus niebieski z filtrem cząsteczkowym 5um, kompatybilny z opakowaniem KabiPac	średnica 4,3 mm, długość igły 19,5 mm	58000	szt.						
<p>1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanych wyrobów przed rozstrzygnięciem przetargu w celu weryfikacji zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia.</p> <p>2. Zamawiający wymaga dołączenia oryginalnych kart katalogowych do każdej pozycji wymienionej w formularzu. Przez oryginalną Zamawiający rozumie oficjalną kartę wystawioną przez producenta lub dystrybutora sprzętu. Na każdej karcie katalogowej powinno być zaznaczone której pozycji dotyczy.</p>										

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	ilość	jm	cena netto	wartość netto [zł]	VAT %	wartość brutto [zł]	Producent	Kod katalogowy asortymentu
1	Szczotka chirurgiczna do mycia rąk i przedramion bez detergentu, sterylizowana radiacyjnie wykonana z polietylenu (z jednej strony szczotki zróżnicowana długość włosa-krótsze po środku, dłuższe na zewnątrz a z drugiej strony gąbka o gęstości min. 22kg m3), dodatkowo czyścik do paznokci a rozmiarach 8x5x4xcm. Pakowane po 30 szt. w karton służącym jako podajnik, pasujący do dozowników BD będących na wyposażeniu zamawiającego.	20000	szt.						
2	Szczotka chirurgiczna do mycia rąk i przedramion ze środkiem dezynfekcyjnym wykonana z polietylenu (z jednej strony szczotki polietylenowe szczecinki jednakowej długości a z drugiej strony gąbka poliuretanowa nasączona 4% roztworem CHG, dodatkowo wyposażone w czyścik do paznokci Pakowane po 40 szt. w karton służący jako podajnik szczoteczek .	400	szt.						
RAZEM								X	X
<p>1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaofiarowanych wyrobów przed rozstrzygnięciem przetargu w celu weryfikacji zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia.</p> <p>2. Zamawiający wymaga dołączenia oryginalnych kart katalogowych do każdej pozycji wymienionej w formularzu. Przez oryginalną Zamawiający rozumie oficjalną kartę wystawioną przez producenta lub dystrybutora sprzętu. Na każdej karcie katalogowej powinno być zaznaczone której pozycji dotyczy.</p>									

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	ilość	jm	cena netto	wartość netto [zł]	VAT %	wartość brutto [zł]	Producent	Kod katalogowy asortymentu
1	Zestaw do leczenia zatok nosa sterylny pakowany pojedynczo składający się z: drenu półsztywnego polietylenowego ze spiralnie uformowanym końcem długość drenu 18 cm średnica wewnętrzna drenu 0,6 mm, igły punkcyjnej 1,8 x 80 mm z końcówką Luer, igły iniekcyjnej 0,6 x 32 mm.	430	szt.						
2	Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego - wykonany z politetrafluoroetyleny, prześwit w osi przyrządu: 0,9 mm, średnica kołnierza wewnętrznego: 1,7 mm; długość przyrządu: 1,3 mm, rowek na błonę o okrągłym kształcie i promieniu krzywizny 0,40 mm, sterylny, pakowany pojedynczo	230	szt.						
RAZEM								X	X
<p>1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanych wyrobów przed rozstrzygnięciem przetargu w celu weryfikacji zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia.</p> <p>2. Zamawiający wymaga dołączenia oryginalnych kart katalogowych do każdej pozycji wymienionej w formularzu. Przez oryginalną Zamawiający rozumie oficjalną kartę wystawioną przez producenta lub dystrybutora sprzętu. Na każdej karcie katalogowej powinno być zaznaczone której pozycji dotyczy.</p>									

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	wymiar	ilość	jm	cena netto	wartość netto [zł]	VAT %	wartość brutto [zł]	Producent	Kod katalogowy asortymentu
1	Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii Flocare- PEG; części składowe zestawu: · poliuretanowy stożkowy łącznik, · przezroczysty poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm, z pasmem znacznika widocznym w badaniu RTG, z nadrukowanym rozmiarem CH, · zacisk regulacji przepływu,	CH 10	30	szt.			8			
2	· zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, · silikonowa płyta zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczająca go przed zgięciem uniemożliwiającym przepływ diety. Dostępne z zestawem: · silikonowa płyta zewnętrzna,	CH 14	25	szt.			8			
3	· skalpel jednorazowy, · igła punkcyjna z trokarem, · nić trakcyjna do przecięcia zgłębnika. zestaw sterylizowany, pakowany pojedynczo	CH 18	10	szt.			8			
4	Zgłębnik nosowo-jelitowy ze spiralą Bengmark służący do bezpośredniego żywienia do jelita lub dwunastnicy. Długość 145 cm. Łącznik umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia. Nieprzezroczysty przewód zgłębnika kontrastujący w promieniach RTG, nadruki znaczników długości i nazwy produktu. Wykonany z miękkiego poliuretanu z powłoką hydromerową z zamkniętym ujściem . Zamknięta końcówka z dwoma bocznymi otworami małymi i dużymi. Prowadnica z kulkową końcówką pokryta silikonem. Produkt sterylizowany, pakowany pojedynczo.	CH 10	10	szt.			8			
Razem									X	X
<p>1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanych wyrobów przed rozstrzygnięciem przetargu w celu weryfikacji zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia.</p> <p>2. Zamawiający wymaga dołączenia oryginalnych kart katalogowych do każdej pozycji wymienionej w formularzu. Przez oryginalną Zamawiający rozumie oficjalną kartę wystawioną przez producenta lub dystrybutora sprzętu. Na każdej karcie katalogowej powinno być zaznaczone której pozycji dotyczy.</p>										

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	ilość	jm	cena netto	wartość netto [zł]	VAT %	wartość brutto [zł]	Producent	Kod katalogowy asortymentu
1	Ostrze do dermatonu elektrycznego TYP 8821 firmy ZIMMER o szerokości 1in.(3 cm)	200	szt						
2	Płytki do nacinania skóry pobranej do przeszczepu o wymiarach - 1,5:1 i 3:1	200	szt						
RAZEM								X	X
<p>1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanych wyrobów przed rozstrzygnięciem przetargu w celu weryfikacji zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia.</p> <p>2. Zamawiający wymaga dołączenia oryginalnych kart katalogowych do każdej pozycji wymienionej w formularzu. Przez oryginalną Zamawiający rozumie oficjalną kartę wystawioną przez producenta lub dystrybutora sprzętu. Na każdej karcie katalogowej powinno być zaznaczone której pozycji dotyczy.</p>									