L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Producent/ Kod katalogowy	ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto
1	**1. Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane,** AQL ≤1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), poziom protein <80ug/g rękawicy (potwierdzone w badaniach niezależnych), mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, grubość na palcu 0,12+/- 0,01 mm, zgodnośc z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Karegorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 - cz. 2 i 3 z poziomami ochrny, EN 420). Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodna z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). rozmiary S-L, opakowanie 100 sztuk	**S,M,L**		4 000	op.				
2	**2. Rękawice diagnostyczne nitrylowe** z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą z naturalnego aleosu i witaminy E, niebieskie, cienkie, grubość na palcach 0,1+/- 0,01mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL ≤1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznaczone jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374-cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Oporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3-3- min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych do dezynfekcji, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary S-L, opakowanie 200 sztuk	**S,M,L**		15 000	op.				
3	**3. Rękawice diagnostyczne nitrylowe** do badań z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą z naturalnego aleosu i witaminy E, niebieskie, cienkie, grubość na palcach 0,1+/- mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL ≤1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznaczone jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374-cz.2i3 z poziomami ochrony, EN 420). Oporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3-3- min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych do dezynfekcji, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiar XL , opakowanie po 180 sztuk	**XL**		300	op.				
4	**4. Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe** z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL ≤1,5, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein ≤10 ug/g rękawicy (badania niezależne) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane obustronnie od wewnątrz, długość 265-280 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, zgodnie z EN-374-3 (załączyć do oferty raporty z wynikami badań), EN 420, EN 388. Rozmiary 6 - 8,5	**6-8,5**		76 000	para				

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Producent/ Kod katalogowy	ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (%)	Wartość brutto
5	**5. Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane**, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL≤1,0 ; sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein <30ug/g rękawicy (badania niezależne). Mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane obustronnie od wewnątrz, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, długość 260-280mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, zgodne z EN-374-3 (załączyć do oferty raporty z wynikami badań), EN 420, EN 388. Rozmiary 6 - 8,5	**6-8,5**		83 000	para				
6	**6. Rekawice chirurgiczne, półsyntetyczne**: lateksowo-nitrylowe, warstwa wewnętrzna 100% nitryl, bezpudrowe, grubość na palcu 0,25 mm, AQL po zapakowaniu ≤ 1,0, anatomiczne, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein < 50up/g rękawicy, mankiet rolowany z widicznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe, badania na przeznikalność cytostatyków zgodne z ASTM D 6978-05. Rozmiar 7,5 – 9	**7,5-9**		3 000	para				
7	**7.Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań,** białe,grubość na palcu0,1+/-mm, 260 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL ≤1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i3 z poziomami ochrony , EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3-3- min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie , informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabrycznie oznakowane na opakowaniu) . Odporne na działanie min. 12 cytostatyków potwierdzone raportami z wynikami badań, pakowane 150 szt.Rozmiar S,M,L	**S,M,L**		600	op.				
						RAZEM			

1) Zamawiający w celu dokonania oceny w kryterium jakość wymaga dołączenia próbek - w liczbie jak wskazano w pkt 7.6.1 SIWZ.
2) Zamawiający wymaga dołączenia oryginalnych kart katalogowych do każdej pozycji wymienionej w formularzu. Przez oryginalną Zamawiający rozumie oficjalną kartę wystawioną przez producenta lub dystrybutora wyrobu. Na każdej karcie katalogowej powinno być zaznaczone której pozycji dotyczy.

……..... …….
miejscowość data podpis