



**SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
NAD MATKĄ I DZIECKIEM w POZNANIU**
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Rok założenia 1877

61-825 POZNAŃ UL. BOLESŁAWA KRYSIEWICZA 7/8
KONTO: Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 93105015201 000 0005 0332 1192

Poznań, data 05.12.2016 r.

www.szoz.pl
sekretariat@szoz.pl

Dyrektor Naczelny
**Izabela
Grzybowska**
tel. 61 850 62 93

p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Medycznych
**Liliana
Karnowska-
Nowak**
tel. 61 850 62 44

Z-ca Dyrektora
ds.
Administracyjno-
Eksploatacyjnych
**Marzena
Krzymańska**
tel. 61 850 62 42

Z-ca Dyrektora
ds. Zarządzania
Szpitalem św.
Rodziny
Olaf Niezgodzki
tel. 61 866 23 24

Szpital św. Józefa
(dziecięcy)
ul. Kryśiewiczza
7/8
tel. 61 850 62 00
fax. 61 852 98 06

Szpital św. Józefa
(dziecięcy)
ul.
Nowowiejskiego
56/58
tel. 61 852 44 91

Szpital Św.
Rodziny
(ginekologiczno-
położniczy
i urologiczny)
ul.
Jarochońskiego
18
tel. 61 866 50 12
fax. 61 866 23 24

Nasz znak: **AZP –381-22/16**

Do wszystkich Wykonawców

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
dla zamówienia częściowego nr 2

Zamawiający po dokonaniu ponownej oceny ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** w przedmiocie:

**Doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną
Zamówienie częściowe nr 2 – pulsoksymetr**

informujemy, iż najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Medtronic Poland sp. z o.o.

Ul. Polna 11

00-633 Warszawa, która zaoferowała wykonanie zamówienia częściowego Nr 2: Pulsoksymetr za cenę **24 300,00 zł**.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymagania formalnoprawne i jest zgodna z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr zamówienia częściowego	Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)	Cena (koszt)	Termin dostawy	Okres gwarancji	Punktacja
2.	Medtronic Poland sp. z o.o. Ul. Polna 11 00-633 Warszawa (oferta nr 3)	Wartość netto: 22 500,00zł Wartość brutto: 24 300,00zł	7 dni	37 miesięcy	
	PUNKTACJA:	60	30	10	100

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Dla zamówienia częściowego Nr 2:

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) odrzuca w zamówieniu częściowym Nr 2 ofertę złożoną przez Wykonawcę:

- 1) **Aero-Medika sp. z o.o.**
Ul. Kopernika 36/40,
00-924 Warszawa (oferta nr 5).

Uzasadnienie prawne:

art. 89 ust. 1 pkt 2) – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem artykułu 87 ust. 2 pkt 3.

Uzasadnienie faktyczne:

Wymogiem zawartym w SIWZ i nie zmienionym na etapie zadawania pytań i udzielanych odpowiedzi była 96 godzinna pamięć rejestrowaną co 4 sekundy wszystkich monitorowanych parametrów pod postacią tabelaryczną i graficzną (Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt 41.)

Wykonawca: Aero-Medica sp. z o.o., Ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa zaoferował zgodnie z załączoną ulotką informacyjną „pamięć, dane: łącznie 72 godziny dla 1 -100 użytkowników” Parametr ten nie jest zgodny z zapisami SIWZ, dlatego też oferta Wykonawcy

Aero-Medika sp. z o. o. podlega odrzuceniu.

2) **Promed S.A.**

**Ul. Krajewskiego 1b,
01-520 Warszawa**

Uzasadnienie prawne:


art. 89 ust. 1 pkt 2) – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem artykułu 87 ust. 2 pkt 3.

Uzasadnienie faktyczne:

Wymogiem zawartym w SIWZ było posiadanie złącza USB (Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt 44.) Wykonawca: **Promed S.A., Ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa** w formularzu cenowym poz. 44 - potwierdził, iż urządzenie które zaoferował takowe złącze posiada. Jednocześnie z ulotki informacyjnej Zamawiający wyczytał, iż urządzenie RAD-8 posiada „*wyjście szeregowo do urządzeń kompatybilnych i interfejsu przywoływania pielęgniarki*” W związku z zaistnieniem rozbieżności między formularzem cenowym a ulotką Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. W udzielonych wyjaśnieniach z dnia 24.11.2016r. Wykonawca przyznał, iż popełnił błąd wpisując, iż posiada złącze USB, podczas gdy urządzenie które zaoferował takiego złącza nie posiada. Parametr ten nie jest zgodny z zapisami SIWZ, dlatego też oferta Wykonawcy **Promed S.A., Ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa** podlega odrzuceniu.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ww. ustawy przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4) ww. ustawy.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych

Magdalena Krzyżmańska

Otrzymują:

- 1) Promed S.A
- 2) Medtronic Poland sp. z o.o.
- 3) Aero-Medika sp. z o.o.
- 4) aa.