

Poznań, 07.09.2016r.

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Ul. B. Kryśiewiczza 7/8
61-825 Poznań
AZP-381-23/16

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

Upzejmie informujemy, iż w dniu 07.09.2016r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: **“Dostawę narzędzi chirurgicznych”**.

Treść pytań jest następująca:

Zamówienie częściowe nr 3 – Narzędzia do drenażu jam bębenkowych

Lp. I Prosimy o dopuszczenie optyki usznej o śr. 2,7 mm, i dł. 100 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Lp.1.1 Prosimy o dopuszczenie szpatułki o dł. 160 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Lp.1.2 Prosimy o dopuszczenie noża o dł. całkowitej 180 mm i dł. roboczej 12 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Lp.1.3 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. roboczej trzpienia 80 mm i dł. całkowitej ok 150 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Lp.1.4 Prosimy o dopuszczenie rurki ssącej o dł. roboczej 125 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Lp.1.6 Prosimy o dopuszczenie rurki ssącej o dł. roboczej 125 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamówienie częściowe nr 4 – Zestaw do operacji tympanoplastycznych

Lp.1.1 Prosimy o dopuszczenie koszyka o wym. 240x250x40 mm względnie koszyka plastikowego o wym. 280x150x55 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Lp.1.3 Prosimy o dopuszczenie raspatora Tessier o dł. 180 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Lp.1.4 Prosimy o dopuszczenie rurki ssącej o śr. 2.0 mm i dł. 75 mm, względnie rurki ssącej o dł. roboczej 125 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rurkę ssącą o śr. 2.0 mm i dł. 75 mm.

Lp.1.6 Prosimy o dopuszczenie nożyczek nieposiadających nazwy własnej o dł. 120 mm względnie nożyczek Stevens o dł. 115 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Lp.1.7 Prosimy o dopuszczenie rozwieracza o dł. 130. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania rozwieracza ostrego czy tępego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wymaga rozwieracza tępego.

Lp.1.9 Prosimy o dopuszczenie mikronożyczek Bellucci o dł. ostrzy 5 mm, względnie mikronożyczek Shea-Bellucci o dł. ostrzy 8 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Lp.1.11 Prosimy o dopuszczenie sondy o dł. 150 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Lp.1.12 Prosimy o dopuszczenie sondy o dł. 150 mm względnie sondy Jacobson o dł. 185 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sondę Jacobson o dł. 185 mm..

Lp.1.13 Prosimy o dopuszczenie igły Rosen o dł. 150 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Rozumiemy , że nastąpiła pomyłka pisarska w numerowaniu kolejnych pozycji. W związku z powyższym kont począwszy od 1.14.

Odpowiedź: Tak nastąpiła pomyłka pisarska.

Lp.1.14 Prosimy o dopuszczenie mikroraspatora Hough o dł. 150 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Lp.1.15 Prosimy o dopuszczenie mikroraspatora Hough o dł. 150 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Lp.1.16 Prosimy o dopuszczenie noża usznego zagiętego pod kątem 30 st. i śr. 2,5 mm lub pod kątem 45 st i śr. 2,0 mm, dł. 150 mm,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nóż usznego zagięty pod kątem 30 st. i śr. 2,5 mm.

Lp.1.17 Prosimy o dopuszczenie praski Gubisch o wym. 65x30 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Lp.1.18 Prosimy o dopuszczenie płytki teflonowej o wym. 87x55x12 mm lub płytki wykonanej z tworzywa PROPYLUX o wym. 120x120x15 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Lp.1.19 Prosimy o dopuszczenie raspatora o dł. 185 mm względnie 260 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza raspator o dł. 185 mm.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
/-----/
mgr inż. Marzena Krzymańska