

Poznań, dnia 21.10.2016r.

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. B. Krysiwicza 7/8
61-825 Poznań
ALA-381-06/16

Odpowiedź na zapytanie

w sprawie postępowania na "Dostawę opakowań, wskaźników i akcesoriów do sterylizacji" w trybie przetargowym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Nr sprawy:ALA-381-06/16

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19.10.2016r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do postępowania.

Treść pytań jest następująca:

Szanowni Państwo, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Dotyczy Pakiet nr III, pozycja nr I.2: Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 18mm? Różnica 1 mm w szerokości taśmy nie wpłynie w żaden sposób na jej funkcjonalność.
Odpowiedź: TAK.
2. Dotyczy Pakiet nr III, pozycja nr I.3 i I.4: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki kl.5 w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: TAK. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
3. Dotyczy Pakiet nr III, pozycja nr II.3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 50 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ.
4. Dotyczy Pakiet nr III, pozycja nr II.3: Uprzejmie prosimy o określenie jaki inkubator Zamawiający posiada? Czy w przypadku zaoferowania testów o odczycie 3h niekompatybilnych z posiadanym przez szpital sprzętem, Zamawiający dopuści użyczenie inkubatora do zaoferowanych testów na czas trwania umowy?
Odpowiedź: Zamawiający posiada sprawny inkubator do biologicznych testów szybkiego odczytu z dotykowym ekranem i zintegrowaną kruszarką, do testów z Pakietu nr III, poz. II.3.
5. Dotyczy § 5 ust.1: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianej kary umownej do "...1% od wartości dostawy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia".
Odpowiedź: NIE. Zgodnie z projektem umowy.
6. Dotyczy § 5 ust.2: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianej kary umownej do "...10% wartości niezrealizowanej części umowy".
Odpowiedź: NIE. Zgodnie z projektem umowy.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Marzena Krzymańska

strona internetowa szpitala: www.szoz.pl